

富士工業技術支援センター

マイクロ X 線 CT 装置の使用中止のお知らせ

富士工業技術支援センターのマイクロ X 線 CT 装置は故障につき、現在御利用頂くことができません。

御不便・御迷惑をおかけしますが、御理解・御協力くださいますようお願い申し上げます。

記

- 1 御利用頂けない機器
株式会社リガク製 nano3DX マイクロ X 線 CT 装置
- 2 御利用頂けない期間
当面の間（使用再開となりましたら、お知らせします）
- 3 お問い合わせ先
富士工業技術支援センター CNF 科 電話 0545-35-5190