

沼津工業技術支援センター

蛍光 X 線分析装置の使用中止のお知らせ

沼津工業技術支援センターの蛍光 X 線分析装置が故障したため、御利用頂くことができません。皆様には御迷惑をおかけしますが、御理解、御協力くださるようお願いいたします。

記

- 1 対象機器
蛍光 X 線分析装置 (3270E : 理学電機工業株式会社)
- 2 対象期間
令和 5 年 9 月 22 日 (金) ~
- 3 お問合せ先
沼津工業技術支援センター 機械電子科 電話 055-925-1104

以上