

静岡県工業技術研究所

マイクロフォーカスX線透視装置の故障に伴う使用中止のお知らせ

静岡県工業技術研究所のマイクロフォーカスX線透視装置は故障により、下記の期間御使用いただくことができません。皆様には御迷惑をおかけしますが、御理解下さいますようお願いいたします。

記

1 使用中止する機器

マイクロフォーカスX線透視装置【14-007869】

株式会社島津製作所製（型番：SMX-2000）

2 使用中止期間

令和7年6月9日（月）～ 未定

※ 使用再開日が確定しましたら、静岡県工業技術研究所ホームページ
（<https://www.iri.pref.shizuoka.jp/>）に掲載いたしますので、御覧ください。

3 お問い合わせ先

静岡県工業技術研究所 化学材料科 電話 054-278-3025