

静岡県工業技術研究所

マイクロフォーカスX線透視装置の故障に伴う使用中止のお知らせ

静岡県工業技術研究所のマイクロフォーカスX線透視装置は故障により、ご使用いただくことができなくなりました。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

記

1 使用中止する機器

マイクロフォーカスX線透視装置【14-007869】

株式会社島津製作所製（型番：SMX-2000）

2 お問い合わせ先

静岡県工業技術研究所 化学材料科 電話 054-278-3025